

(تعميم)

الموضوع : سحب تشغيلة من منتج SEPTIRAZ isopropyl alcohol 70% 250 ML Spray من انتاج (مصنع الرازي المدينة للصناعات الدوائية)

تاريخ : ١٤٤١/١١/٢٢هـ

رقم : ٣١٢٢٨ /ع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

إشارة إلى برامج متابعة جودة المستحضرات التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من جودة وسلامة المستحضرات المسوقة، والتي من ضمنها المنتج التالي:

الاسم التجاري	رقم التسجيل	رقم التشغيلة	الشركة الصانعة	خلل الجودة
SEPTIRAZ isopropyl alcohol 70% 250 ML Spray	غير مسجل	20F52L	مصنع الرازي المدينة للصناعات الدوائية	كمية المادة الكحولية المعقمة (Isopropanol) أقل من 70% والتي تعتبر الحد الأدنى في معقمتا اليدين.

لذا أمل من معاليكم/ سعادتكم توجيه جميع الجهات الطبية التابعة لكم بإيقاف استخدام التشغيلة أعلاه حال توفرها لديكم، علماً بأنه قد تم إلزام الشركة بسحبها من جميع الجهات المستفيدة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،