

(تعميم)

الموضوع: سحب تشغيلة من مستحضر (SODIUM PHOSPHATE INJECTION) من إنتاج شركة  
(Zyphar's pharmaceuticals PVT. LTD)

رقم: ٩٧٤١/ع تاريخ: ٠٤/٠٩/١٤٤٥هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى البلاغ الوارد إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء وبناءً على تقرير الشركة الصانعة (Zyphar's pharmaceuticals PVT. LTD) و الذي يشير إلى وجود خلل في جودة المستحضر التالي:

اسم المستحضر	رقم التسجيل	رقم التشغيلة	الشركة الصانعة
SODIUM PHOSPHATE INJECTION	غير مسجل	zp-22011	Zyphar's pharmaceuticals PVT. LTD.

حيث تمثلت مشكلة الجودة في وجود جسيمات بيضاء ضمن المحلول واتخاذ الشركة قراراً بسحب التشغيلة أعلاه من السوق المحلي احترازياً.

لذا أمل من معاليكم/ سعادتكم توجيه جميع الجهات الطبية التابعة لكم بإيقاف استخدام التشغيلة أعلاه حال توفرها لديهم، علماً بأنه قد تم توجيه الشركة بسحبها من جميع الجهات المستفيدة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،