

10 Jun 2026

A Circular of Recall



تعميم سحب

Voluntary Recall multiple batches of product:
BD ChloroPrep Clear 1 ML Applicator

سحب طوعي لعدد من التشغيلات من مستحضر:
BD ChloroPrep Clear 1 ML Applicator

Product Information

معلومات المنتج

Product name	BD ChloroPrep Clear 1 ML Applicator	اسم المنتج
Generic Name	Chlorhexidine Gluconate, Isopropyl Alcohol	الاسم العلمي
Manufacturer	CareFusion, United States	الشركة المصنعة
Registration No.	1412200337	رقم التسجيل

Recall Information

معلومات السحب

Reason	Potential risk to sterile barrier due to wrinkles in the paper lidding, which may affect the product's sterility and quality	وجود تجاعيد في الغطاء الورقي مما يؤدي إلى احتمالية تضرر الحاجز المعقم وفقدان عقامة وجودة المستحضر	السبب
--------	--	---	-------

Defective batches 3341921, 3341928, 4146945, 5149056, 5233563, 5149051 التشغيلات المتأثرة

Recommendations

التوصيات

- Stop dispensing Affected batches immediately and return affected batches to the supplier according to the applicable procedures. إيقاف صرف واستخدام التشغيلات المتأثرة فورًا وحجز الكمية المتبقية، وإعادتها للمورد حسب آلية المنشأة الصحية.
- Contact the company responsible for the recall or with the SFDA if there are any inquiries. التواصل مع الشركة المسؤولة عن السحب أو مع الهيئة حال وجود استفسارات.

To report adverse drug reaction and quality defect



للإبلاغ عن الأعراض الجانبية وخلل الجودة

Contact Information

Telephone: 011 880 6000 , Call Center 19999
Email: PQ.Drug@sFDA.gov.sa , NPC.Drug@sFDA.gov.sa

معلومات التواصل