

10 Jun 2026

## A Circular of Recall



## تعميم سحب

Voluntary Recall multiple batches of product:  
BD ChloroPrep Clear 1.5 ML FREPP Applicator

سحب طوعي لعدد من التشغيلات من مستحضر:  
BD ChloroPrep Clear 1.5 ML FREPP Applicator

### Product Information

### معلومات المنتج

Product name	BD ChloroPrep Clear 1.5 ML FREPP Applicator	اسم المنتج
Generic Name	Chlorhexidine Gluconate, Isopropyl Alcohol	الاسم العلمي
Manufacturer	CareFusion, United States	الشركة المصنعة
Registration No.	1412200336	رقم التسجيل

### Recall Information

### معلومات السحب

Reason	Potential risk to sterile barrier due to wrinkles in the paper lidding, which may affect the product's sterility and quality	وجود تجاعيد في الغطاء الورقي مما يؤدي إلى احتمالية تضرر الحاجز المعقم وفقدان عقامة وجودة المستحضر	السبب
--------	--	---	-------

Defective batches	3334120, 3347075, 5233245	التشغيلات المتأثرة
-------------------	---------------------------	--------------------

### Recommendations

### التوصيات

- Stop dispensing Affected batches immediately and return affected batches to the supplier according to the applicable procedures.
  - Contact the company responsible for the recall or with the SFDA if there are any inquiries.
- إيقاف صرف واستخدام التشغيلات المتأثرة فورًا وحجز الكمية المتبقية، وإعادتها للمورد حسب آلية المنشأة الصحية.
  - التواصل مع الشركة المسؤولة عن السحب أو مع الهيئة حال وجود استفسارات.

To report adverse drug reaction and quality defect



للإبلاغ عن الأعراض الجانبية وخلل الجودة

### Contact Information

Telephone: 011 880 6000 , Call Center 19999  
Email: [PQ.Drug@sFDA.gov.sa](mailto:PQ.Drug@sFDA.gov.sa) , [NPC.Drug@sFDA.gov.sa](mailto:NPC.Drug@sFDA.gov.sa)

معلومات التواصل